

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO
---	---------	------	--------	----------------	--------

ÁREA ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE ALIMENTOS

ITE-FQ/007 Método interno conforme a la Decisión 2002/657/CE	Anabolizantes mediante cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (CG-MS/MS)	Zaragoza	Orina	<table><tr><th>Sustancia</th><th>CCα (µg/l)</th></tr><tr><td>α-Zearalanol</td><td>1.0</td></tr><tr><td>α-Zearalenol (**)</td><td>1.0</td></tr><tr><td>β-Nortestosterona (*)</td><td>1.0</td></tr><tr><td>β-Trembolona</td><td>2.0</td></tr><tr><td>β-Zearalanol</td><td>1.0</td></tr><tr><td>β-Zearalenol (**)</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Zearalanona</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Zearalenona (**)</td><td>1.0</td></tr></table> (*) Excepto porcino (**) Determinación cualitativa	Sustancia	CCα (µg/l)	α-Zearalanol	1.0	α-Zearalenol (**)	1.0	β-Nortestosterona (*)	1.0	β-Trembolona	2.0	β-Zearalanol	1.0	β-Zearalenol (**)	1.0	Zearalanona	1.0	Zearalenona (**)	1.0	Acreditado
Sustancia	CCα (µg/l)																						
α-Zearalanol	1.0																						
α-Zearalenol (**)	1.0																						
β-Nortestosterona (*)	1.0																						
β-Trembolona	2.0																						
β-Zearalanol	1.0																						
β-Zearalenol (**)	1.0																						
Zearalanona	1.0																						
Zearalenona (**)	1.0																						
ITE-FQ/007 Método interno conforme al Reglamento (UE) 2021/808	Anabolizantes mediante cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (CG-MS/MS)	Zaragoza	Orina	<table><tr><th>Sustancia</th><th>CCα (µg/l)</th></tr><tr><td>Cis-Dietilestilbestrol</td><td>0.34</td></tr><tr><td>Trans-Dietilestilbestrol</td><td>0.32</td></tr><tr><td>Benzoestrol</td><td>0.76</td></tr><tr><td>Hexestrol</td><td>0.70</td></tr><tr><td>Dienestrol</td><td>0.64</td></tr><tr><td>Etinilestradiol</td><td>0.34</td></tr></table>	Sustancia	CCα (µg/l)	Cis-Dietilestilbestrol	0.34	Trans-Dietilestilbestrol	0.32	Benzoestrol	0.76	Hexestrol	0.70	Dienestrol	0.64	Etinilestradiol	0.34	Acreditado				
Sustancia	CCα (µg/l)																						
Cis-Dietilestilbestrol	0.34																						
Trans-Dietilestilbestrol	0.32																						
Benzoestrol	0.76																						
Hexestrol	0.70																						
Dienestrol	0.64																						
Etinilestradiol	0.34																						

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO																				
ITE-FQ/030 Método interno conforme al Reglamento (UE) 2021/808	Colorantes zoosanitarios por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masa (LC-MS/MS)	Zaragoza	Músculo de pescado (Salmónidos)	<table><tr><th>Sustancia</th><th>CCα (µg/kg)</th></tr><tr><td>Leucovioleta Cristal</td><td>0.40</td></tr><tr><td>Verde Brillante</td><td>0.34</td></tr><tr><td>Verde de leucomalaquita</td><td>0.31</td></tr><tr><td>Verde malaquita</td><td>0.31</td></tr><tr><td>Violeta Cristal</td><td>1,50</td></tr></table>	Sustancia	CCα (µg/kg)	Leucovioleta Cristal	0.40	Verde Brillante	0.34	Verde de leucomalaquita	0.31	Verde malaquita	0.31	Violeta Cristal	1,50	Acreditado								
Sustancia	CCα (µg/kg)																								
Leucovioleta Cristal	0.40																								
Verde Brillante	0.34																								
Verde de leucomalaquita	0.31																								
Verde malaquita	0.31																								
Violeta Cristal	1,50																								
ITE-FQ/067 Método interno conforme al Reglamento (UE) 2021/808	Metabolitos de nitrofuranos por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)	Zaragoza	Músculo Huevos	<table><tr><th rowspan="2">Sustancia</th><th colspan="2">CCα (µg/kg)</th></tr><tr><th>Huevo</th><th>Músculo</th></tr><tr><td>3-amino-5-morfolinometil-2-oxazolidinona (AMTZ)</td><td>0.28</td><td>0.31</td></tr><tr><td>3-amino-2-oxazolidinona (AOZ)</td><td>0.29</td><td>0.29</td></tr><tr><td>Semicarbazida (SEM)</td><td>0.29</td><td>0.34</td></tr><tr><td>Aminohidantoina (AHD)</td><td>0.30</td><td>0.36</td></tr><tr><td>Hidrazida del ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNSAH)</td><td>0,30</td><td>0.35</td></tr></table>	Sustancia	CCα (µg/kg)		Huevo	Músculo	3-amino-5-morfolinometil-2-oxazolidinona (AMTZ)	0.28	0.31	3-amino-2-oxazolidinona (AOZ)	0.29	0.29	Semicarbazida (SEM)	0.29	0.34	Aminohidantoina (AHD)	0.30	0.36	Hidrazida del ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNSAH)	0,30	0.35	Acreditado
Sustancia	CCα (µg/kg)																								
	Huevo	Músculo																							
3-amino-5-morfolinometil-2-oxazolidinona (AMTZ)	0.28	0.31																							
3-amino-2-oxazolidinona (AOZ)	0.29	0.29																							
Semicarbazida (SEM)	0.29	0.34																							
Aminohidantoina (AHD)	0.30	0.36																							
Hidrazida del ácido 3,5-dinitrosalicílico (DNSAH)	0,30	0.35																							
ITE-FQ/067 Método interno conforme a la Decisión 2002/657/CE	Metabolitos de nitrofuranos por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)	Zaragoza	Miel	<table><tr><th>Sustancia</th><th>CCα (µg/kg)</th></tr><tr><td>3-amino-5-morfolinometil-2-oxazolidinona (AMTZ)</td><td>0.50</td></tr><tr><td>3-amino-2-oxazolidinona (AOZ)</td><td>0.50</td></tr><tr><td>Semicarbazida (SEM)</td><td>0.50</td></tr><tr><td>Aminohidantoina (AHD)</td><td>0.50</td></tr></table>	Sustancia	CCα (µg/kg)	3-amino-5-morfolinometil-2-oxazolidinona (AMTZ)	0.50	3-amino-2-oxazolidinona (AOZ)	0.50	Semicarbazida (SEM)	0.50	Aminohidantoina (AHD)	0.50	Acreditado										
Sustancia	CCα (µg/kg)																								
3-amino-5-morfolinometil-2-oxazolidinona (AMTZ)	0.50																								
3-amino-2-oxazolidinona (AOZ)	0.50																								
Semicarbazida (SEM)	0.50																								
Aminohidantoina (AHD)	0.50																								

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO																																		
ITE-FQ/073 Método interno conforme a la Decisión 2002/657/CE	Sulfamidas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)	Zaragoza	Riñón Leche	<table><thead><tr><th>Sustancia</th><th>µg/kg</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sulfapiridina</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>Sulfadiazina</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>Sulfametazina</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>Sulfametoxipiridazina</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>Sulfaquinoxalina</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>Sulfacetamida</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>Sulfadoxina</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>Sulfisoxazol</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>Sulfatiazol</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>Sulfamerazina</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>Sulfametoxazol</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>Sulfamonometoxina</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>Sulfadimetoxina</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>Sulfametizol</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>Sulfameter</td><td>≥ 25</td></tr><tr><td>Sulfacloropiridacina</td><td>≥ 25</td></tr></tbody></table>	Sustancia	µg/kg	Sulfapiridina	≥ 25	Sulfadiazina	≥ 25	Sulfametazina	≥ 25	Sulfametoxipiridazina	≥ 25	Sulfaquinoxalina	≥ 25	Sulfacetamida	≥ 25	Sulfadoxina	≥ 25	Sulfisoxazol	≥ 25	Sulfatiazol	≥ 25	Sulfamerazina	≥ 25	Sulfametoxazol	≥ 25	Sulfamonometoxina	≥ 25	Sulfadimetoxina	≥ 25	Sulfametizol	≥ 25	Sulfameter	≥ 25	Sulfacloropiridacina	≥ 25	Acreditado
Sustancia	µg/kg																																						
Sulfapiridina	≥ 25																																						
Sulfadiazina	≥ 25																																						
Sulfametazina	≥ 25																																						
Sulfametoxipiridazina	≥ 25																																						
Sulfaquinoxalina	≥ 25																																						
Sulfacetamida	≥ 25																																						
Sulfadoxina	≥ 25																																						
Sulfisoxazol	≥ 25																																						
Sulfatiazol	≥ 25																																						
Sulfamerazina	≥ 25																																						
Sulfametoxazol	≥ 25																																						
Sulfamonometoxina	≥ 25																																						
Sulfadimetoxina	≥ 25																																						
Sulfametizol	≥ 25																																						
Sulfameter	≥ 25																																						
Sulfacloropiridacina	≥ 25																																						
ITE-FQ/074 Método interno basado en Journal of Chromatography A, Vol. 1073 (2005) pág. 393-397	Conservantes por cromatografía líquida con detector de diodos en serie (LC/DAD)	Zaragoza	Conservas vegetales Conservas de pescado Productos de pastelería, bollería y confitería	<table><tbody><tr><td>Ácido sórbico y sorbato potásico (E-200 y E-202)</td><td>≥ 25 mg/kg de ác. sórbico</td></tr><tr><td>Ácido benzoico y benzoatos (E-210 a E-213)</td><td>≥ 25 mg/kg de ác. benzoico</td></tr></tbody></table>	Ácido sórbico y sorbato potásico (E-200 y E-202)	≥ 25 mg/kg de ác. sórbico	Ácido benzoico y benzoatos (E-210 a E-213)	≥ 25 mg/kg de ác. benzoico	Acreditado																														
Ácido sórbico y sorbato potásico (E-200 y E-202)	≥ 25 mg/kg de ác. sórbico																																						
Ácido benzoico y benzoatos (E-210 a E-213)	≥ 25 mg/kg de ác. benzoico																																						
ITE-FQ/075 Rev.8 Método interno	Nitratos y nitritos por cromatografía de líquidos con detector de diodos en serie (LC/DAD)	Zaragoza	Vegetales Alimentos infantiles Productos cárnicos	<table><tbody><tr><td>Vegetales: ≥ 100 mg/kg</td></tr><tr><td>Alimentos infantiles y Productos cárnicos: ≥ 50 mg/kg</td></tr></tbody></table>	Vegetales: ≥ 100 mg/kg	Alimentos infantiles y Productos cárnicos: ≥ 50 mg/kg	Acreditado																																
Vegetales: ≥ 100 mg/kg																																							
Alimentos infantiles y Productos cárnicos: ≥ 50 mg/kg																																							

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO																					
ITE-FQ/080 Rev.9 Método interno	Aminas biógenas por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)	Zaragoza	Pescado Semiconservas de pescado Alimentos curados Bebidas alcohólicas	<table><tr><th>Sustancia</th><th>Alimentos (mg/kg)</th><th>Bebidas alcohólicas (mg/l)</th></tr><tr><td>2-feniletilamina</td><td>≥ 2</td><td>≥ 1</td></tr><tr><td>Cadaverina</td><td>≥ 2</td><td>≥ 1</td></tr><tr><td>Histamina</td><td>≥ 2</td><td>≥ 1</td></tr><tr><td>Tiramina</td><td>≥ 2</td><td>≥ 1</td></tr><tr><td>Triptamina</td><td>≥ 2</td><td>≥ 1</td></tr><tr><td>Putrescina</td><td>≥ 6</td><td>≥ 1</td></tr></table>	Sustancia	Alimentos (mg/kg)	Bebidas alcohólicas (mg/l)	2-feniletilamina	≥ 2	≥ 1	Cadaverina	≥ 2	≥ 1	Histamina	≥ 2	≥ 1	Tiramina	≥ 2	≥ 1	Triptamina	≥ 2	≥ 1	Putrescina	≥ 6	≥ 1	Acreditado
Sustancia	Alimentos (mg/kg)	Bebidas alcohólicas (mg/l)																								
2-feniletilamina	≥ 2	≥ 1																								
Cadaverina	≥ 2	≥ 1																								
Histamina	≥ 2	≥ 1																								
Tiramina	≥ 2	≥ 1																								
Triptamina	≥ 2	≥ 1																								
Putrescina	≥ 6	≥ 1																								
ITE-FQ/081 Método interno conforme al Reglamento (CE) 333/2007 y sus posteriores revisiones	Elementos por espectrometría de masas asistida por plasma de acoplamiento inductivo (ICP/MS)	Zaragoza	Bebidas refrescantes Vinos Cervezas	<table><tr><th>Elemento</th><th>mg/kg</th></tr><tr><td>Aluminio</td><td>≥ 0.40</td></tr><tr><td>Arsénico</td><td>≥ 0.020</td></tr><tr><td>Cadmio</td><td>≥ 0.010</td></tr><tr><td>Cromo</td><td>≥ 0.10</td></tr><tr><td>Estaño</td><td>≥ 5</td></tr><tr><td>Manganeso</td><td>≥ 0.10</td></tr><tr><td>Níquel</td><td>≥ 0.040</td></tr><tr><td>Plomo</td><td>≥ 0.020</td></tr><tr><td>Selenio</td><td>≥ 0.020</td></tr></table>	Elemento	mg/kg	Aluminio	≥ 0.40	Arsénico	≥ 0.020	Cadmio	≥ 0.010	Cromo	≥ 0.10	Estaño	≥ 5	Manganeso	≥ 0.10	Níquel	≥ 0.040	Plomo	≥ 0.020	Selenio	≥ 0.020	Acreditado	
Elemento	mg/kg																									
Aluminio	≥ 0.40																									
Arsénico	≥ 0.020																									
Cadmio	≥ 0.010																									
Cromo	≥ 0.10																									
Estaño	≥ 5																									
Manganeso	≥ 0.10																									
Níquel	≥ 0.040																									
Plomo	≥ 0.020																									
Selenio	≥ 0.020																									

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO
ITE-FQ/094 Método interno conforme al Reglamento (UE) 2021/808	β -Agonistas mediante cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (CL-MS/MS)	Zaragoza	Hígado		Acreditado
				Sustancia	
				Zipaterol	
				Isoxsuprina	
				Mabuterol	
				Mapenterol	
				Clembuterol	
				Brombuterol	
				Hidroximetilclembuterol	
				Clenciclohexerol	
				Clemproperol	
				Cimaterol	
				Ractopamina	
				Terbutalina	
				Salbutamol	
				Fenoterol	
				Cimbuterol	

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS		ESTADO
ITE-FQ/094 Método interno conforme a la Decisión 2002/657/CE	β -Agonistas mediante cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (CL-MS/MS)	Zaragoza	Ojo			Acreditado
				Sustancia	CC α (μ g/kg)	
				Zipaterol	0,2	
				Isoxsuprina	0.2	
				Mabuterol	0.2	
				Mapenterol	0.2	
				Clembuterol	0.1	
				Brombuterol	0.2	
				Hidroximetilclembuterol	0.2	
				Clenciclohexerol	0.5	
				Clemproperol	0.5	
				Cimaterol	0.2	
				Ractopamina	0.2	
				Terbutalina	0.5	
				Salbutamol	0.5	
Fenoterol	0.2					
Cimbuterol	0.2					
ITE-FQ/096 Método interno basado en Norma UNE EN 15662: 2019	Alcaloides tropánicos por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (LC-MS/MS)	Zaragoza	Harinas Alimentos infantiles elaborados a base de cereales			Acreditado
				Sustancia	μ g/kg	
				Atropina	$\geq$ 0,75	
				Escopolamina	$\geq$ 0,75	

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO																																																																																										
ITE-FQ/104 Método interno conforme a Decisión 2002/657/CE	Análisis de inhibidores bacterianos por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (CL-MS/MS)	Zaragoza	Músculo	<table><thead><tr><th>Sustancia</th><th>Especies con LMR (µg/kg)</th><th>Especies sin LMR CCa (µg/kg)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Penicilina V</td><td>≥ 10</td><td>10.0</td></tr><tr><td>Oxacilina</td><td>≥ 150</td><td></td></tr><tr><td>Ampicilina</td><td>≥ 25</td><td></td></tr><tr><td>Cloxacilina</td><td>≥ 150</td><td></td></tr><tr><td>Dicloxacilina</td><td>≥ 150</td><td></td></tr><tr><td>Nafcilina</td><td>≥ 150</td><td>20.0</td></tr><tr><td>Cefalexina</td><td>≥ 100</td><td>20.0</td></tr><tr><td>Cefapirina</td><td>≥ 20</td><td>20.0</td></tr><tr><td>Cefquinoma</td><td>≥ 20</td><td>20.0</td></tr><tr><td>Clortetraciclina</td><td>≥ 25</td><td></td></tr><tr><td>Epiclortetraciclina</td><td>≥ 50</td><td></td></tr><tr><td>Oxitetraciclina</td><td>≥ 25</td><td></td></tr><tr><td>Epioxitetraciclina</td><td>≥ 50</td><td></td></tr><tr><td>Tetraciclina</td><td>≥ 25</td><td></td></tr><tr><td>Epitetraciclina</td><td>≥ 50</td><td></td></tr><tr><td>Doxiclina</td><td>≥ 50</td><td></td></tr><tr><td>Espiramicina</td><td>≥ 50</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Tilosina</td><td>≥ 50</td><td></td></tr><tr><td>Eritromicina</td><td>≥ 100</td><td></td></tr><tr><td>Lincomicina</td><td>≥ 50</td><td></td></tr><tr><td>Tilmicosina</td><td>≥ 25</td><td></td></tr><tr><td>Josamicina</td><td></td><td>5.0</td></tr><tr><td>Ácido Oxolínico</td><td>≥ 50</td><td></td></tr><tr><td>Enrofloxacina</td><td>≥ 50</td><td></td></tr><tr><td>Ciprofloxacina</td><td>≥ 50</td><td></td></tr><tr><td>Marbofloxacina</td><td>≥ 50</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Danofloxacina</td><td>≥ 50</td><td></td></tr><tr><td>Sarafloxacina</td><td>≥ 5</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Difloxacina</td><td>≥ 150</td><td></td></tr></tbody></table>	Sustancia	Especies con LMR (µg/kg)	Especies sin LMR CCa (µg/kg)	Penicilina V	≥ 10	10.0	Oxacilina	≥ 150		Ampicilina	≥ 25		Cloxacilina	≥ 150		Dicloxacilina	≥ 150		Nafcilina	≥ 150	20.0	Cefalexina	≥ 100	20.0	Cefapirina	≥ 20	20.0	Cefquinoma	≥ 20	20.0	Clortetraciclina	≥ 25		Epiclortetraciclina	≥ 50		Oxitetraciclina	≥ 25		Epioxitetraciclina	≥ 50		Tetraciclina	≥ 25		Epitetraciclina	≥ 50		Doxiclina	≥ 50		Espiramicina	≥ 50	5.0	Tilosina	≥ 50		Eritromicina	≥ 100		Lincomicina	≥ 50		Tilmicosina	≥ 25		Josamicina		5.0	Ácido Oxolínico	≥ 50		Enrofloxacina	≥ 50		Ciprofloxacina	≥ 50		Marbofloxacina	≥ 50	5.0	Danofloxacina	≥ 50		Sarafloxacina	≥ 5	5.0	Difloxacina	≥ 150		Acreditado
				Sustancia	Especies con LMR (µg/kg)	Especies sin LMR CCa (µg/kg)																																																																																									
				Penicilina V	≥ 10	10.0																																																																																									
				Oxacilina	≥ 150																																																																																										
				Ampicilina	≥ 25																																																																																										
				Cloxacilina	≥ 150																																																																																										
				Dicloxacilina	≥ 150																																																																																										
				Nafcilina	≥ 150	20.0																																																																																									
				Cefalexina	≥ 100	20.0																																																																																									
				Cefapirina	≥ 20	20.0																																																																																									
				Cefquinoma	≥ 20	20.0																																																																																									
				Clortetraciclina	≥ 25																																																																																										
				Epiclortetraciclina	≥ 50																																																																																										
				Oxitetraciclina	≥ 25																																																																																										
				Epioxitetraciclina	≥ 50																																																																																										
				Tetraciclina	≥ 25																																																																																										
				Epitetraciclina	≥ 50																																																																																										
				Doxiclina	≥ 50																																																																																										
				Espiramicina	≥ 50	5.0																																																																																									
				Tilosina	≥ 50																																																																																										
				Eritromicina	≥ 100																																																																																										
				Lincomicina	≥ 50																																																																																										
				Tilmicosina	≥ 25																																																																																										
				Josamicina		5.0																																																																																									
				Ácido Oxolínico	≥ 50																																																																																										
				Enrofloxacina	≥ 50																																																																																										
				Ciprofloxacina	≥ 50																																																																																										
				Marbofloxacina	≥ 50	5.0																																																																																									
				Danofloxacina	≥ 50																																																																																										
				Sarafloxacina	≥ 5	5.0																																																																																									
Difloxacina	≥ 150																																																																																														

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO	
				Flumequina	≥ 100	
				Norfloxacin		20.0
				Sulfapiridina	≥ 50	
				Sulfadiazina	≥ 50	
				Sulfametazina	≥ 50	
				Sulfametoxipiridazina	≥ 50	
				Sulfaquinoxalina	≥ 50	
				Sulfacetamida	≥ 50	
				Sulfadoxina	≥ 50	
				Sulfisoxazol	≥ 50	
				Sulfatiazol	≥ 50	
				Sulfamerazina	≥ 50	
				Sulfametoxazol	≥ 50	
				Sulfamonometoxina	≥ 50	
				Sulfadimetoxina	≥ 50	
				Sulfametizol	≥ 50	
				Sulfameter	≥ 50	
				Sulfacloropiridazina	≥ 50	
				Trimetoprim	≥ 25	
				Dapsona		5.0

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO																																																																																																
ITE-FQ/106 Método interno conforme a Decisión 2002/657/CE	Análisis de inhibidores bacterianos por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (CL-MS/MS)	Zaragoza	Huevos Miel	<table><thead><tr><th>Sustancia</th><th>Huevos</th><th>Miel CCα (µg/kg)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Amoxicilina</td><td>CCα = 10.0 µg/kg</td><td>10.0</td></tr><tr><td>Penicilina V</td><td>≥ 5.0 µg/kg</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Penicilina G</td><td>CCα = 5.0 µg/kg</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Oxacilina</td><td>CCα = 1.0 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Ampicilina</td><td>CCα = 5.0 µg/kg</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Cloxacilina</td><td>CCα = 1.0 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Dicloxacilina</td><td>CCα = 5.0 µg/kg</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Nafcilina</td><td>CCα = 1.0 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Cefalexina</td><td>CCα = 10.0 µg/kg</td><td>10.0</td></tr><tr><td>Cefapirina</td><td>CCα = 10.0 µg/kg</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Cefquinoma</td><td></td><td>5.0</td></tr><tr><td>Clortetraciclina</td><td>≥ 50 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Epiclortetraciclina</td><td>≥ 50 µg/kg</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Oxitetraciclina</td><td>≥ 50 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Epioxitetetraciclina</td><td>≥ 50 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Tetraciclina</td><td>≥ 50 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Epitetetraciclina</td><td>≥ 50 µg/kg</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Doxiciclina</td><td>CCα = 1.0 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Tilosina</td><td>≥ 100 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Eritromicina</td><td>≥ 75 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Lincomicina</td><td>≥ 25 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Tilmicosina</td><td></td><td>1.0</td></tr><tr><td>Josamicina</td><td>CCα = 1.0 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Espiramicina</td><td>CCα = 1.0 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Neoespiramicina</td><td>CCα = 4.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Ácido Oxolínico</td><td>CCα = 1.0 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Norfloxacin</td><td>CCα = 5.0 µg/kg</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Enrofloxacin</td><td>CCα = 1.0 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Ciprofloxacina</td><td>CCα = 5.0 µg/kg</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Marbofloxacino</td><td>CCα = 5.0 µg/kg</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Danofloxacino</td><td>CCα = 1.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr></tbody></table>	Sustancia	Huevos	Miel CCα (µg/kg)	Amoxicilina	CCα = 10.0 µg/kg	10.0	Penicilina V	≥ 5.0 µg/kg	5.0	Penicilina G	CCα = 5.0 µg/kg	5.0	Oxacilina	CCα = 1.0 µg/kg	1.0	Ampicilina	CCα = 5.0 µg/kg	5.0	Cloxacilina	CCα = 1.0 µg/kg	1.0	Dicloxacilina	CCα = 5.0 µg/kg	5.0	Nafcilina	CCα = 1.0 µg/kg	1.0	Cefalexina	CCα = 10.0 µg/kg	10.0	Cefapirina	CCα = 10.0 µg/kg	5.0	Cefquinoma		5.0	Clortetraciclina	≥ 50 µg/kg	1.0	Epiclortetraciclina	≥ 50 µg/kg	5.0	Oxitetraciclina	≥ 50 µg/kg	1.0	Epioxitetetraciclina	≥ 50 µg/kg	1.0	Tetraciclina	≥ 50 µg/kg	1.0	Epitetetraciclina	≥ 50 µg/kg	5.0	Doxiciclina	CCα = 1.0 µg/kg	1.0	Tilosina	≥ 100 µg/kg	1.0	Eritromicina	≥ 75 µg/kg	1.0	Lincomicina	≥ 25 µg/kg	1.0	Tilmicosina		1.0	Josamicina	CCα = 1.0 µg/kg	1.0	Espiramicina	CCα = 1.0 µg/kg	1.0	Neoespiramicina	CCα = 4.0 µg/kg	4.0	Ácido Oxolínico	CCα = 1.0 µg/kg	1.0	Norfloxacin	CCα = 5.0 µg/kg	5.0	Enrofloxacin	CCα = 1.0 µg/kg	1.0	Ciprofloxacina	CCα = 5.0 µg/kg	5.0	Marbofloxacino	CCα = 5.0 µg/kg	5.0	Danofloxacino	CCα = 1.0 µg/kg	4.0	Acreditado
Sustancia	Huevos	Miel CCα (µg/kg)																																																																																																			
Amoxicilina	CCα = 10.0 µg/kg	10.0																																																																																																			
Penicilina V	≥ 5.0 µg/kg	5.0																																																																																																			
Penicilina G	CCα = 5.0 µg/kg	5.0																																																																																																			
Oxacilina	CCα = 1.0 µg/kg	1.0																																																																																																			
Ampicilina	CCα = 5.0 µg/kg	5.0																																																																																																			
Cloxacilina	CCα = 1.0 µg/kg	1.0																																																																																																			
Dicloxacilina	CCα = 5.0 µg/kg	5.0																																																																																																			
Nafcilina	CCα = 1.0 µg/kg	1.0																																																																																																			
Cefalexina	CCα = 10.0 µg/kg	10.0																																																																																																			
Cefapirina	CCα = 10.0 µg/kg	5.0																																																																																																			
Cefquinoma		5.0																																																																																																			
Clortetraciclina	≥ 50 µg/kg	1.0																																																																																																			
Epiclortetraciclina	≥ 50 µg/kg	5.0																																																																																																			
Oxitetraciclina	≥ 50 µg/kg	1.0																																																																																																			
Epioxitetetraciclina	≥ 50 µg/kg	1.0																																																																																																			
Tetraciclina	≥ 50 µg/kg	1.0																																																																																																			
Epitetetraciclina	≥ 50 µg/kg	5.0																																																																																																			
Doxiciclina	CCα = 1.0 µg/kg	1.0																																																																																																			
Tilosina	≥ 100 µg/kg	1.0																																																																																																			
Eritromicina	≥ 75 µg/kg	1.0																																																																																																			
Lincomicina	≥ 25 µg/kg	1.0																																																																																																			
Tilmicosina		1.0																																																																																																			
Josamicina	CCα = 1.0 µg/kg	1.0																																																																																																			
Espiramicina	CCα = 1.0 µg/kg	1.0																																																																																																			
Neoespiramicina	CCα = 4.0 µg/kg	4.0																																																																																																			
Ácido Oxolínico	CCα = 1.0 µg/kg	1.0																																																																																																			
Norfloxacin	CCα = 5.0 µg/kg	5.0																																																																																																			
Enrofloxacin	CCα = 1.0 µg/kg	1.0																																																																																																			
Ciprofloxacina	CCα = 5.0 µg/kg	5.0																																																																																																			
Marbofloxacino	CCα = 5.0 µg/kg	5.0																																																																																																			
Danofloxacino	CCα = 1.0 µg/kg	4.0																																																																																																			

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO																																																																		
				<table><tr><td>Sarafloxacin</td><td>CCα = 5.0 µg/kg</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Difloxacin</td><td>CCα = 1.0 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Flumequina</td><td>CCα = 1.0 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Sulfapiridina</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Sulfacetamida</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Sulfadiazina</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Sulfadoxina</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Sulfametazina</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Sulfametoxipiridazina</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Sulfaquinoxalina</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Sulfisoxazol</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Sulfaclopiridazina</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Sulfadimetoxina</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Sulfamerazina</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Sulfameter</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Sulfametizol</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Sulfametoxazol</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>8.0</td></tr><tr><td>Sulfamonometoxina</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Sulfapiridina</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Sulfatiazol</td><td>CCα = 2.0 µg/kg</td><td>4.0</td></tr><tr><td>Trimetoprin</td><td>CCα = 1.0 µg/kg</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Dapsona</td><td>CCα = 4.0 µg/kg</td><td>8.0</td></tr></table>	Sarafloxacin	CCα = 5.0 µg/kg	5.0	Difloxacin	CCα = 1.0 µg/kg	1.0	Flumequina	CCα = 1.0 µg/kg	1.0	Sulfapiridina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Sulfacetamida	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Sulfadiazina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Sulfadoxina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Sulfametazina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Sulfametoxipiridazina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Sulfaquinoxalina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Sulfisoxazol	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Sulfaclopiridazina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Sulfadimetoxina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Sulfamerazina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Sulfameter	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Sulfametizol	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Sulfametoxazol	CCα = 2.0 µg/kg	8.0	Sulfamonometoxina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Sulfapiridina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Sulfatiazol	CCα = 2.0 µg/kg	4.0	Trimetoprin	CCα = 1.0 µg/kg	1.0	Dapsona	CCα = 4.0 µg/kg	8.0	
Sarafloxacin	CCα = 5.0 µg/kg	5.0																																																																					
Difloxacin	CCα = 1.0 µg/kg	1.0																																																																					
Flumequina	CCα = 1.0 µg/kg	1.0																																																																					
Sulfapiridina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Sulfacetamida	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Sulfadiazina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Sulfadoxina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Sulfametazina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Sulfametoxipiridazina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Sulfaquinoxalina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Sulfisoxazol	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Sulfaclopiridazina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Sulfadimetoxina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Sulfamerazina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Sulfameter	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Sulfametizol	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Sulfametoxazol	CCα = 2.0 µg/kg	8.0																																																																					
Sulfamonometoxina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Sulfapiridina	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Sulfatiazol	CCα = 2.0 µg/kg	4.0																																																																					
Trimetoprin	CCα = 1.0 µg/kg	1.0																																																																					
Dapsona	CCα = 4.0 µg/kg	8.0																																																																					

Huesca: Ayda. del parque, 30. 22003 Huesca (Tel 974 29 33 73)

Teruel: 3 de abril. 1. 44002 Teruel (Tel: 978 64 16 10)

Zaragoza (Sede central): Ramón y Cajal, 68, 50004 Zaragoza (Tel: 976 71 50 73)

Directora: Isabel Agustín Garcés (iagustin@aragon.es)

CARTERA DE SERVICIOS

Actualizado y distribuido por responsable de calidad
Página 11 | 26

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO																																		
				<table><tr><td>Sulfadoxina</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Sulfametazina</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Sulfametoxipiridazina</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Sulfaquinoxalina</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Sulfacetamida</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Sulfadoxina</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Sulfisoxazol</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Sulfamerazina</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Sulfametoxazol</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Sulfamonometoxina</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Sulfaclopiridazina</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Sulfadimetoxina</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Sulfametizol</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Sulfameter</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Sulfatiazol</td><td>2.0</td></tr><tr><td>Trimetroprin</td><td>1.0</td></tr><tr><td>Dapsona</td><td>4.0</td></tr></table>	Sulfadoxina	2.0	Sulfametazina	2.0	Sulfametoxipiridazina	2.0	Sulfaquinoxalina	2.0	Sulfacetamida	2.0	Sulfadoxina	2.0	Sulfisoxazol	2.0	Sulfamerazina	2.0	Sulfametoxazol	2.0	Sulfamonometoxina	2.0	Sulfaclopiridazina	2.0	Sulfadimetoxina	2.0	Sulfametizol	2.0	Sulfameter	2.0	Sulfatiazol	2.0	Trimetroprin	1.0	Dapsona	4.0	
Sulfadoxina	2.0																																						
Sulfametazina	2.0																																						
Sulfametoxipiridazina	2.0																																						
Sulfaquinoxalina	2.0																																						
Sulfacetamida	2.0																																						
Sulfadoxina	2.0																																						
Sulfisoxazol	2.0																																						
Sulfamerazina	2.0																																						
Sulfametoxazol	2.0																																						
Sulfamonometoxina	2.0																																						
Sulfaclopiridazina	2.0																																						
Sulfadimetoxina	2.0																																						
Sulfametizol	2.0																																						
Sulfameter	2.0																																						
Sulfatiazol	2.0																																						
Trimetroprin	1.0																																						
Dapsona	4.0																																						

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO																																																										
ITE-FQ/108 Método interno conforme a Decisión 2002/657/CE	Análisis de inhibidores bacterianos por cromatografía de líquidos con detector de espectrometría de masas (CL-MS/MS)	Zaragoza	Piensos	<table><thead><tr><th>Sustancia</th><th>CCα (µg/kg)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Penicilina V</td><td>20.0</td></tr><tr><td>Oxacilina</td><td>10.0</td></tr><tr><td>Ampicilina (*)</td><td>10.0</td></tr><tr><td>Cloxacilina</td><td>10.0</td></tr><tr><td>Dicloxacilina (*)</td><td>20.0</td></tr><tr><td>Nafcilina (*)</td><td>10.0</td></tr><tr><td>Cefapirina</td><td>20.0</td></tr><tr><td>Eritromicina</td><td>20.0</td></tr><tr><td>Lincomicina</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Ácido Oxolínico</td><td>20.0</td></tr><tr><td>Flumequina</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Sulfapiridina</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Sulfadiazina</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Sulfametazina</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Sulfametoxipiridazina</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Sulfaquinoxalina</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Sulfacetamida</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Sulfadoxina</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Sulfisoxazol</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Sulfamerazina</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Sulfametoxazol</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Sulfamonometoxina</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Sulfadimetoxina</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Sulfametizol</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Sulfameter</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Sulfacloropiridazina</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Trimetroprin</td><td>5.0</td></tr><tr><td>Dapsona</td><td>20.0</td></tr></tbody></table> (*) Sólo método cualitativo	Sustancia	CCα (µg/kg)	Penicilina V	20.0	Oxacilina	10.0	Ampicilina (*)	10.0	Cloxacilina	10.0	Dicloxacilina (*)	20.0	Nafcilina (*)	10.0	Cefapirina	20.0	Eritromicina	20.0	Lincomicina	5.0	Ácido Oxolínico	20.0	Flumequina	5.0	Sulfapiridina	5.0	Sulfadiazina	5.0	Sulfametazina	5.0	Sulfametoxipiridazina	5.0	Sulfaquinoxalina	5.0	Sulfacetamida	5.0	Sulfadoxina	5.0	Sulfisoxazol	5.0	Sulfamerazina	5.0	Sulfametoxazol	5.0	Sulfamonometoxina	5.0	Sulfadimetoxina	5.0	Sulfametizol	5.0	Sulfameter	5.0	Sulfacloropiridazina	5.0	Trimetroprin	5.0	Dapsona	20.0	Acreditado
Sustancia	CCα (µg/kg)																																																														
Penicilina V	20.0																																																														
Oxacilina	10.0																																																														
Ampicilina (*)	10.0																																																														
Cloxacilina	10.0																																																														
Dicloxacilina (*)	20.0																																																														
Nafcilina (*)	10.0																																																														
Cefapirina	20.0																																																														
Eritromicina	20.0																																																														
Lincomicina	5.0																																																														
Ácido Oxolínico	20.0																																																														
Flumequina	5.0																																																														
Sulfapiridina	5.0																																																														
Sulfadiazina	5.0																																																														
Sulfametazina	5.0																																																														
Sulfametoxipiridazina	5.0																																																														
Sulfaquinoxalina	5.0																																																														
Sulfacetamida	5.0																																																														
Sulfadoxina	5.0																																																														
Sulfisoxazol	5.0																																																														
Sulfamerazina	5.0																																																														
Sulfametoxazol	5.0																																																														
Sulfamonometoxina	5.0																																																														
Sulfadimetoxina	5.0																																																														
Sulfametizol	5.0																																																														
Sulfameter	5.0																																																														
Sulfacloropiridazina	5.0																																																														
Trimetroprin	5.0																																																														
Dapsona	20.0																																																														

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO																												
ITE-FQ/109 Método interno conforme al Reglamento (UE) 2021/808	Determinación de Antiinflamatorios no esteroideos (AINES) por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas (CL-MS/MS)	Zaragoza	Músculo	<table><tr><td>Especies sin LMR</td><td>CCα (µg/kg)</td></tr><tr><td>Ácido mefenámico (MFA)</td><td>1.41</td></tr><tr><td>Fenilbutazona (PBZ)</td><td>2,6</td></tr><tr><td>Naproxeno (NPX)</td><td>1.24</td></tr><tr><td>Oxifenbutazona (OPB)</td><td>4.7</td></tr><tr><td>Ácido tolfenámico (TFA)</td><td>6,1</td></tr><tr><td>Diclofenaco (DC)</td><td>0,66</td></tr><tr><td>Flunixinio (FLU)</td><td>2,5</td></tr><tr><td>Ácido Niflúmico (NFA)</td><td>1,21</td></tr><tr><td>Ácido Flufenámico (FFA)</td><td>1,36</td></tr><tr><td>Especies con LMR</td><td>LQ (µg/kg)</td></tr><tr><td>Ácido tolfenámico (TFA)</td><td>≥ 5.0</td></tr><tr><td>Diclofenaco (DC)</td><td>≥ 0.5</td></tr><tr><td>Flunixinio</td><td>≥ 2.0</td></tr></table>	Especies sin LMR	CCα (µg/kg)	Ácido mefenámico (MFA)	1.41	Fenilbutazona (PBZ)	2,6	Naproxeno (NPX)	1.24	Oxifenbutazona (OPB)	4.7	Ácido tolfenámico (TFA)	6,1	Diclofenaco (DC)	0,66	Flunixinio (FLU)	2,5	Ácido Niflúmico (NFA)	1,21	Ácido Flufenámico (FFA)	1,36	Especies con LMR	LQ (µg/kg)	Ácido tolfenámico (TFA)	≥ 5.0	Diclofenaco (DC)	≥ 0.5	Flunixinio	≥ 2.0	Acreditado
Especies sin LMR	CCα (µg/kg)																																
Ácido mefenámico (MFA)	1.41																																
Fenilbutazona (PBZ)	2,6																																
Naproxeno (NPX)	1.24																																
Oxifenbutazona (OPB)	4.7																																
Ácido tolfenámico (TFA)	6,1																																
Diclofenaco (DC)	0,66																																
Flunixinio (FLU)	2,5																																
Ácido Niflúmico (NFA)	1,21																																
Ácido Flufenámico (FFA)	1,36																																
Especies con LMR	LQ (µg/kg)																																
Ácido tolfenámico (TFA)	≥ 5.0																																
Diclofenaco (DC)	≥ 0.5																																
Flunixinio	≥ 2.0																																
ITE-FQ/111 Método interno conforme al Reglamento (UE) 2021/808	Determinación de Cloranfenicol por cromatografía líquida con detector de espectrometría de masas LC-MS-MS	Zaragoza	Músculo	<table><tr><td></td><td>CCα (µg/kg)</td></tr><tr><td>Cloranfenicol</td><td>0,084</td></tr></table>		CCα (µg/kg)	Cloranfenicol	0,084																									
	CCα (µg/kg)																																
Cloranfenicol	0,084																																
UNE-EN 1988-1	Dióxido de azufre y sulfitos por volumetría (método Monier- Williams)	Zaragoza	Alimentos	≥ 10 mg/kg	Acreditado																												
ITE-FQ/095	Determinación de fosfatos por cromatografía iónica con detector de conductividad	Zaragoza	Productos cárnicos	LQ (Ortofosfato + Difosfato+Trifosfato) = 1250 mg/Kg P ₂ O ₅	Validado																												
ITE-M/098 Método interno basado en kit comercial	Detección de alérgenos (mostaza, sésamo, gluten, huevos, soja, crustáceos, cacahuetes, almendras, avellanas) en Alimentos por la técnica ELISA sándwich	Zaragoza	Alimentos	Ausencia / Presencia	Validado																												

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO																																																												
ITE-FQ/110 Método interno basado en la guía EUR 24105 EN	Determinación de plastificantes (ftalatos y no ftalatos) por cromatografía de gases con detector de masas triple cuadrupolo	Zaragoza	Alimentos envasados en tarros de vidrio con tapas metálicas de juntas plásticas (principalmente: alimentos grasos como patés, conservas o alimentos infantiles)	<table><thead><tr><th>nº CAS</th><th>Nombre sustancia</th><th>Acrónimo</th><th>LC (mg/Kg)</th></tr></thead><tbody><tr><td>85-68-7</td><td>Ftalato de bencilbutilo</td><td>BBP</td><td>8,0</td></tr><tr><td>166412-78-8</td><td>Ácido 1,2-ciclohexanodicarboxílico, diisononil éster</td><td>DINCH</td><td>8,0</td></tr><tr><td>736150-63-3</td><td>Glicéridos, aceite de ricino monohidrogenado, acetatos</td><td>AMG</td><td>8,0</td></tr><tr><td>109-43-3</td><td>Sebacato de dibutilo</td><td>DBS</td><td>8,0</td></tr><tr><td>103-23-1</td><td>Adipato de bis(2-etilhexilo)</td><td>DEHA</td><td>8,0</td></tr><tr><td>77-90-7</td><td>Citrato de tri-n-butil acetilo</td><td>ATBC</td><td>8,0</td></tr><tr><td>84-62-8</td><td>Ftalato de difenilo</td><td>DPP</td><td>0,5</td></tr><tr><td>605-45-8</td><td>Ftalato de diisopropilo</td><td>DIP</td><td>0,5</td></tr><tr><td>131-17-9</td><td>Ftalato de dialilo</td><td>DAP</td><td>0,5</td></tr><tr><td>68515-49-1 26761-40-0</td><td>Diésteres de ácido ftálico con alcoholes primarios, saturados C9-C11, más de 90 % C10</td><td>DIDP</td><td>1,0</td></tr><tr><td>68515-48-0 28553-12-0</td><td>Diésteres de ácido ftálico con alcoholes ramificados primarios, saturados C8-C10, más de 60 % C9</td><td>DINP</td><td>1,0</td></tr><tr><td>84-74-2</td><td>Ftalato de dibutilo</td><td>DBP</td><td>0,15</td></tr><tr><td>84-69-5</td><td>Ftalato de diisobutilo</td><td>DIBP</td><td>1.0</td></tr><tr><td>117-81-7</td><td>Ftalato de bis(2-etilhexilo)</td><td>DEHP</td><td>1,0</td></tr></tbody></table>	nº CAS	Nombre sustancia	Acrónimo	LC (mg/Kg)	85-68-7	Ftalato de bencilbutilo	BBP	8,0	166412-78-8	Ácido 1,2-ciclohexanodicarboxílico, diisononil éster	DINCH	8,0	736150-63-3	Glicéridos, aceite de ricino monohidrogenado, acetatos	AMG	8,0	109-43-3	Sebacato de dibutilo	DBS	8,0	103-23-1	Adipato de bis(2-etilhexilo)	DEHA	8,0	77-90-7	Citrato de tri-n-butil acetilo	ATBC	8,0	84-62-8	Ftalato de difenilo	DPP	0,5	605-45-8	Ftalato de diisopropilo	DIP	0,5	131-17-9	Ftalato de dialilo	DAP	0,5	68515-49-1 26761-40-0	Diésteres de ácido ftálico con alcoholes primarios, saturados C9-C11, más de 90 % C10	DIDP	1,0	68515-48-0 28553-12-0	Diésteres de ácido ftálico con alcoholes ramificados primarios, saturados C8-C10, más de 60 % C9	DINP	1,0	84-74-2	Ftalato de dibutilo	DBP	0,15	84-69-5	Ftalato de diisobutilo	DIBP	1.0	117-81-7	Ftalato de bis(2-etilhexilo)	DEHP	1,0	Validado
nº CAS	Nombre sustancia	Acrónimo	LC (mg/Kg)																																																														
85-68-7	Ftalato de bencilbutilo	BBP	8,0																																																														
166412-78-8	Ácido 1,2-ciclohexanodicarboxílico, diisononil éster	DINCH	8,0																																																														
736150-63-3	Glicéridos, aceite de ricino monohidrogenado, acetatos	AMG	8,0																																																														
109-43-3	Sebacato de dibutilo	DBS	8,0																																																														
103-23-1	Adipato de bis(2-etilhexilo)	DEHA	8,0																																																														
77-90-7	Citrato de tri-n-butil acetilo	ATBC	8,0																																																														
84-62-8	Ftalato de difenilo	DPP	0,5																																																														
605-45-8	Ftalato de diisopropilo	DIP	0,5																																																														
131-17-9	Ftalato de dialilo	DAP	0,5																																																														
68515-49-1 26761-40-0	Diésteres de ácido ftálico con alcoholes primarios, saturados C9-C11, más de 90 % C10	DIDP	1,0																																																														
68515-48-0 28553-12-0	Diésteres de ácido ftálico con alcoholes ramificados primarios, saturados C8-C10, más de 60 % C9	DINP	1,0																																																														
84-74-2	Ftalato de dibutilo	DBP	0,15																																																														
84-69-5	Ftalato de diisobutilo	DIBP	1.0																																																														
117-81-7	Ftalato de bis(2-etilhexilo)	DEHP	1,0																																																														

ÁREA ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO DE AGUAS

ITE-FQ/012 Método interno conforme a Real Decreto 3/2023 Anexo III	pH por potenciometría	Zaragoza	Aguas de consumo	4,0 – 10,0 unidades de pH	Acreditado
ITE-FQ/013 Método interno conforme a Real Decreto 3/2023 Anexo III	Conductividad eléctrica a 20°C	Zaragoza	Aguas de consumo	137 - 4000 µS/cm	Acreditado

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS				ESTADO
ITE-FQ/014 Método interno conforme a Real Decreto 3/2023 Anexo III	Oxidabilidad por volumetría	Zaragoza	Aguas de consumo	≥1,5 mg O ₂ /l				Acreditado
ITE-FQ/027 Método interno conforme a Real Decreto 3/2023 Anexo III	Turbidez por nefelometría	Zaragoza	Aguas de consumo Aguas de piscinas	≥ 0.3 UNF				Acreditado
ITE-FQ/028 Método interno conforme a Real Decreto 3/2023 Anexo III	Iones por cromatografía iónica con detector de conductividad	Zaragoza	Aguas de consumo		Parámetro	mg/l		Acreditado
					Amonio	≥ 0.15		
					Cloruro	≥ 37.5		
					Fluoruro	≥ 0.5		
					Nitrato	≥ 15		
					Nitritos ¹	≥ 0.05		
					Sodio	≥ 37.5		
					Sulfato	≥ 62.5		
¹ excepto aguas de salida ETAP								
ITE-FQ/065 Rev. 4 Método interno	Ácido Isocianúrico por fotometría	Zaragoza	Aguas de piscina	≥ 5 mg/l				Acreditado

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO																												
ITE-FQ/076 Método interno conforme a Real Decreto 3/2023 Anexo III	Elementos por espectrometría de masas asistida por plasma de acoplamiento inductivo (ICP/MS)	Zaragoza	Aguas de consumo	<table><tr><th>Elemento</th><th></th></tr><tr><td>Aluminio</td><td>≥ 40 µg/l</td></tr><tr><td>Antimonio</td><td>≥ 1 µg/l</td></tr><tr><td>Arsénico</td><td>≥ 2 µg/l</td></tr><tr><td>Boro</td><td>≥ 0.2 mg/l</td></tr><tr><td>Cadmio</td><td>≥1 µg/l</td></tr><tr><td>Cobre</td><td>≥ 0.05 mg/l</td></tr><tr><td>Cromo</td><td>≥ 10 µg/l</td></tr><tr><td>Hierro</td><td>≥ 40 µg/l</td></tr><tr><td>Manganeso</td><td>≥ 10 µg/l</td></tr><tr><td>Mercurio</td><td>≥ 0.2 µg/l</td></tr><tr><td>Níquel</td><td>≥ 4 µg/l</td></tr><tr><td>Plomo</td><td>≥ 2 µg/l</td></tr><tr><td>Selenio</td><td>≥ 2 µg/l</td></tr></table>	Elemento		Aluminio	≥ 40 µg/l	Antimonio	≥ 1 µg/l	Arsénico	≥ 2 µg/l	Boro	≥ 0.2 mg/l	Cadmio	≥1 µg/l	Cobre	≥ 0.05 mg/l	Cromo	≥ 10 µg/l	Hierro	≥ 40 µg/l	Manganeso	≥ 10 µg/l	Mercurio	≥ 0.2 µg/l	Níquel	≥ 4 µg/l	Plomo	≥ 2 µg/l	Selenio	≥ 2 µg/l	Acreditado
Elemento																																	
Aluminio	≥ 40 µg/l																																
Antimonio	≥ 1 µg/l																																
Arsénico	≥ 2 µg/l																																
Boro	≥ 0.2 mg/l																																
Cadmio	≥1 µg/l																																
Cobre	≥ 0.05 mg/l																																
Cromo	≥ 10 µg/l																																
Hierro	≥ 40 µg/l																																
Manganeso	≥ 10 µg/l																																
Mercurio	≥ 0.2 µg/l																																
Níquel	≥ 4 µg/l																																
Plomo	≥ 2 µg/l																																
Selenio	≥ 2 µg/l																																
ITE-FQ/077 Método interno conforme a Real Decreto 3/2023 Anexo III	Compuestos orgánicos volátiles (VOCs) por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (CG- MS)	Zaragoza	Aguas de consumo	<table><tr><th>Compuesto</th><th>µg/l</th></tr><tr><td>Cloroformo</td><td>≥ 10</td></tr><tr><td>1,2-Dicloroetano</td><td>≥ 0.3</td></tr><tr><td>Benceno</td><td>≥ 0.2</td></tr><tr><td>Bromodiclorometano</td><td>≥ 10</td></tr><tr><td>Bromoformo</td><td>≥ 10</td></tr><tr><td>Dibromoclorometano</td><td>≥ 10</td></tr><tr><td>Tetracloroetano</td><td>≥ 1</td></tr><tr><td>Tricloroetano</td><td>≥ 1</td></tr></table>	Compuesto	µg/l	Cloroformo	≥ 10	1,2-Dicloroetano	≥ 0.3	Benceno	≥ 0.2	Bromodiclorometano	≥ 10	Bromoformo	≥ 10	Dibromoclorometano	≥ 10	Tetracloroetano	≥ 1	Tricloroetano	≥ 1	Acreditado										
Compuesto	µg/l																																
Cloroformo	≥ 10																																
1,2-Dicloroetano	≥ 0.3																																
Benceno	≥ 0.2																																
Bromodiclorometano	≥ 10																																
Bromoformo	≥ 10																																
Dibromoclorometano	≥ 10																																
Tetracloroetano	≥ 1																																
Tricloroetano	≥ 1																																

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS		ESTADO
ITE-FQ/087 Método interno conforme a Real Decreto 3/2023 Anexo III	Residuos de plaguicidas por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (CG-MS/MS) 					

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO
ITE-FQ/027 Método interno conforme a Real Decreto 3/2023 Anexo III	Turbidez por nefelometría	Teruel	Aguas de consumo Aguas de piscinas	≥ 0.5 UNF	Validado
ITE-FQ/027 Método interno conforme a Real Decreto 3/2023 Anexo III	Turbidez por nefelometría	Huesca	Aguas de piscinas	≥ 0.5 UNF	Validado

ÁREA MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS

ITE-M/011 Método interno basado en VIDAS® Salmonella SLM doble vía	Detección de Salmonella spp. por Inmunofluorescencia (ELFA)	Zaragoza	Alimentos Muestras Ambientales	Detectado / No detectado	Acreditado
ITE-M/091 Método interno basado en TEMPO® AC	Recuento de microorganismos aerobios por NMP automatizado	Zaragoza	Alimentos (excepto leche cruda, vísceras rojas crudas, moluscos crudos, nueces, avellanas, almendras y harinas)	LD: 1 x factor de dilución Rango: En las diluciones utilizadas normalmente: AC: En la dilución 1/400: 100-490.000 ufc/g. Resto: En la dilución 1/40: 10-49.000 ufc/g	Acreditado
Método interno basado en TEMPO® EB	Recuento de Enterobacterias por NMP automatizado	Zaragoza	Alimentos		

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO
Método interno basado en TEMPO® EC	Recuento de Escherichia coli por NMP automatizado	Zaragoza	Alimentos (excepto leche cruda, vísceras rojas crudas y moluscos crudos)		
Método interno basado en TEMPO® STA	Recuento de Estafilococos coagulasa positivo por NMP automatizado	Zaragoza	Alimentos		
ITE-M/100 Método interno basado en ALOA® ONE DAY	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Huesca Teruel Zaragoza	Alimentos Muestras Ambientales	Detectado / No detectado	Acreditado
ITE-M/121 ISO 11290-1	Detección de <i>Listeria monocytogenes</i>	Huesca Zaragoza	Alimentos Muestras Ambientales	Detectado / No detectado	Acreditado
ITE-M/103 Método interno basado en ALOA® COUNT	Recuento en placa de <i>Listeria monocytogenes</i>	Huesca Teruel Zaragoza	Alimentos	LD: 1 x factor de dilución Rango: Sin dilución de 1 a 150 ufc	Acreditado
ISO 6579-1	Detección de <i>Salmonella spp</i>	Zaragoza Huesca Teruel	Alimentos Muestras Ambientales	Detectado / No detectado	Acreditado
ISO 4833-1	Recuento en placa de microorganismo aerobios a 30°C	Zaragoza	Alimentos Hisopos,	LD: 1 x factor de dilución Rango: Sin dilución de 1 a 300 ufc	Acreditado

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO
			esponjas y toallitas		
ISO 21528-2	Recuento en placa de Enterobacteriaceae a 37°C	Zaragoza	Alimentos Hisopos, esponjas y toallitas	LD: 1 x factor de dilución Rango: Sin dilución de 1 a 150 ufc	Acreditado
ISO 16649-2	Recuento en placa de E. coli beta glucuronidasa positivo	Zaragoza	Alimentos	LD: 1 x factor de dilución Rango: Sin dilución de 1 a 150 ufc	Acreditado
ISO 6888-2	Recuento en placa de Estafilococos coagulasa positivos a 37°C	Zaragoza	Alimentos	LD: 1 x factor de dilución Rango: Sin dilución de 1 a 150 ufc	Acreditado
ITE-M/005	Recuento en placa de Clostridium Sulfito-reductores Técnica: aislamiento en medio de cultivo	Huesca Teruel Zaragoza	Alimentos	LD: 1 x factor de dilución Rango: Sin dilución de 1 a 300 ufc	Validado
ITE-M/009 ISO 16649-2:2001	Recuento en placa de E. coli beta glucuronidasa + Técnica: aislamiento en medio de cultivo	Huesca Teruel	Alimentos	LD: 1 x factor de dilución Rango: Sin dilución de 1 a 150 ufc	Validado
ITE-M/068 ISO 21527-2:2008	Recuento en placa de mohos y levaduras Técnica: aislamiento en medio de cultivo	Huesca Teruel Zaragoza	Alimentos con actividad agua inferior o igual a 0.95	LD: 1 x factor de dilución Rango: Sin dilución de 1 a 150 ufc	Validado
ITE-M/071 ISO 6888-2 :2015	Recuento en placa de estafilococos coagulasa+ Técnica: aislamiento en medio de cultivo	Huesca Teruel	Alimentos	LD: 1 x factor de dilución Rango: Sin dilución de 1 a 150 ufc	Validado

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO
ITE-M/072 ISO 4833-1:2013	Recuento en placa de Microorganismos aerobios a 30° C Técnica: siembra en profundidad	Huesca Teruel	Alimentos	LD: 1 x factor de dilución Rango: Sin dilución de 1 a 300 ufc	Validado
ITE-M/081- ELFA Método alternativo: VIDAS Ref. ISO 16654:2001	Investigación E. Coli O:157:H7 por inmunofluorescencia (ELFA) Técnica: Inmunofluorescencia	Zaragoza	Alimentos	Detectado / No detectado	Validado
ITE-M/083- ELFA Método alternativo: VIDAS Ref. ISO 10272-1:2006	Investigación de Campylobacter spp por inmunofluorescencia (ELFA) Técnica: Inmunofluorescencia	Zaragoza	Alimentos	Detectado / No detectado	Validado
ITE-M/105 ISO 7932:2004	Recuento en placa de Bacillus cereus presuntivos Técnica: aislamiento en medio de cultivo	Huesca Teruel Zaragoza	Alimentos	LD: 1 x factor de dilución Rango: Sin dilución de 1 a 150 ufc	Validado
ITE-M/106 ISO/TS 22964:2017	Detección de Cronobacter spp Técnica: aislamiento en medio de cultivo	Zaragoza	Alimentos	Detectado / No detectado	Validado
ITE –M/108 ISO 21528-2:2017	Recuento en placa de Enterobacteriaceae a 37°C Técnica: aislamiento en medio de cultivo	Huesca Teruel	Alimentos	LD: 1 x factor de dilución Rango: Sin dilución de 1 a 150 ufc	Validado
ITE-M/109 ISO 10272-1:2017	Detección de Campylobacter spp Técnica: aislamiento en medio de cultivo	Huesca Teruel Zaragoza	Alimentos	Detectado / No detectado	Validado

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO
ITE-M/111 ISO 16649-3:2015	Enumeración de E. coli beta glucuronidasa + Técnica: NMP	Huesca Teruel Zaragoza	Moluscos	LD: 1 x factor de dilución Rango: Sin dilución de 1 a 150 ufc	Validado
ITE-M/118	Determinación de actividad de agua	Zaragoza Huesca Teruel	Alimentos	Rango: 1 ± 0.003 aw	Validado

ÁREA MICROBIOLOGÍA DE AGUAS

UNE-EN-ISO 6222	Recuento en placa de bacterias aerobias a 22° C	Huesca Teruel Zaragoza	Aguas de consumo Aguas envasadas	LD:1 ufc/ml	Acreditado
Orden SCO 778/2009	Recuento de Coliformes (Filtración)	Huesca Teruel Zaragoza	Aguas de consumo Aguas envasadas	LD: 1 ufc/volumen filtrado	Acreditado
Orden SCO 778/2009	Recuento de <i>Escherichia coli</i> (Filtración)	Huesca Teruel Zaragoza	Aguas de consumo Aguas envasadas	LD: 1 ufc/volumen filtrado	Acreditado
ITE-M/024 Método interno basado en la Orden SCO 778/2009	Recuento de <i>Escherichia Coli</i> (Filtración)	Huesca Teruel Zaragoza	Aguas de piscina Aguas de zonas de baño	LD: 1 ufc/volumen filtrado	Acreditado

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO
UNE-EN-ISO 7899-2	Recuento de enterococos intestinales (Filtración)	Huesca Teruel Zaragoza	Aguas de consumo Aguas envasadas Aguas de zonas de baño	LD: 1 ufc/volumen filtrado	Acreditado
AFNOR XP T90-412	Recuento de <i>Staphylococcus</i> coagulasa positivo (Filtración)	Huesca Teruel Zaragoza	Aguas de piscina	LD:1 ufc/volumen filtrado	Acreditado
UNE-EN-ISO 16266	Recuento de <i>Pseudomonas</i> aeruginosa (Filtración)	Huesca Teruel Zaragoza	Aguas envasadas Aguas de piscina	LD:1 ufc/volumen filtrado	Acreditado
ITE-M/074 ISO-11731:2017	Recuento de <i>Legionella</i> spp	Zaragoza Huesca Teruel	Aguas de consumo	LD: 25 ufc/volumen filtrado	Acreditado
ITE-M/074 Método interno basado en kit comercial	Identificación de <i>Legionella</i> pneumophila		Aguas continentales tratadas (piscinas, torres de refrigeración, condensadores evaporativos)		
ISO-11731:1998	Detección y recuento de <i>Legionella</i> spp	Zaragoza	Aguas de torres de refrigeración y condensadores evaporativos	LD: 25 ufc/volumen filtrado	Acreditado

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO
ITE-M/034 RD 140/2003	Recuento de Clostridium perfringens (incluidas las esporas) en Aguas por filtración en membrana Técnica: filtración y aislamiento en medio de cultivo	Huesca Teruel Zaragoza	Aguas de consumo	LD:1 ufc/volumen filtrado	Validado
ITE-M/050	Investigación: Microcistinas Técnica de detección y cuantificación mediante Espectrofotometría visible-ultravioleta	Zaragoza	Aguas de consumo Aguas de embalse	LD: 0.25 µg/l	Validado
ITE-M/077 UNE-EN-ISO 26461-2:1995	Calidad del agua. Detección y recuento de esporos de microorganismos anaerobios sulfito reductores (clostridia) Parte 2: Método por filtración en membrana. Técnica: filtración y aislamiento en medio de cultivo	Huesca Teruel Zaragoza	Aguas envasadas	LD:1 ufc/volumen filtrado	Validado
Método basado en kit comercial	Detección rápida de Legionella spp en muestras de agua, basada en la combinación de la captura inmunomagnética y el inmunoensayo enzimático (CEIA)	Zaragoza	Aguas sanitarias Aguas de torres de refrigeración Aguas de condensadores evaporativos	Para muestras no concluyentes por el método acreditado ISO-11731	Validado
UNE-EN-ISO 6222	Recuento en placa de bacterias aerobias a 36° C	Zaragoza Huesca Teruel	Aguas uso hidropínico Aguas preparadas envasadas Aguas de sondeo	ufc/ml	Validado
ISO 21527-2:2008	Mohos y levaduras	Zaragoza	Aguas uso hidropínico	Nº colonias / placa	Validado

CARTERA DE SERVICIOS

CÓDIGO (MÉTODO DE REFERENCIA / ITE COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO)	TÉCNICA	SEDE	MATRIZ	LÍMITES/RANGOS	ESTADO
---	---------	------	--------	----------------	--------

ÁREA PARASITOLOGÍA

UNE-EN ISO 18743	Detección de <i>Trichinella</i> Larvae en carne. Método físico por digestión artificial.	Zaragoza	Carnes frescas y congeladas de cerdo, jabalí, équido y otras especies animales	Ausencia/ Presencia en "x" gramos	Acreditado
ITE-M/112 Método interno basado en SOP EURL-P ARTIFICIAL DIGESTION OF FISH FILLETS FOR THE ISOLATION OF Anisakidae AND Opisthorchidae LARVAL STAGES	Detección de nematodos de la familia Anisakidae por digestión clorhidropéptica	Zaragoza	Pescados y productos de la pesca	Ausencia / Presencia	Validado
ITE-M/104	Detección de nematodos de la familia Anisakidae por inspección visual simple	Zaragoza	Pescado fresco	Ausencia / Presencia	Validado

ÁREA ANÁLISIS CLÍNICOS

ITE-M/038	Investigación de Salmonella en manipuladores de alimentos	Zaragoza	Heces	Ausencia / Presencia	Validado
ITE-M/039	Investigación de Staphylococcus coagulasa en manipuladores de alimentos	Zaragoza	Exudados nasofaríngeos	Ausencia / Presencia	Validado